

仕 様 書

- 1 品 名 血管撮影装置関連
- 2 数 量 1式
- 3 納入場所 茨城県北茨城市関南町関本下1050
北茨城市民病院 血管撮影室
- 4 納入期限 令和5年3月31日
- 5 仕様内容 仕様内容は、下記のとおりとする。

(1) 島津製作所 血管撮影装置 1式

内訳	【血管撮影装置 Trinius C12S】	
	本体 KS-70	1台
	統合モニター SMART Display 58(19)/31x2	1台
	モニター懸垂器 MTA-100L SMART Display用	1台
	SCOREワークステーション 操作室19インチLCD用	1台
	SCORE 3Dワークステーション 操作室19インチLCD用	1台
	マルチモダリティQR機能	1式
	3Dロードマップ機能 SCORE Navi	1式
	SCORE 3Dモニターケーブルセット SMART Display用 検査室	1式
	ワイヤレスフットスイッチ	1台
	4連点滴台	1台
	【血管撮影室改修工事】	
	①建築工事	1式
	撮影室の天井軽鉄下地・天井点検口・配線用ピット	
	天井ボード貼り・床長尺シート貼り	
	流し台部分のライニング組立・壁・床補修	
	ピット内モルタル塗り	
	既設鉄骨移設(現場加工あり)	
	②空調機械・衛生設備工事	1式
	チャンバーボックスレベル変更・器具撤去及び復旧(既設再利用)	
	給排水管工事	
	滅菌手洗い器の交換:流し台部分(扉含む)はSUS製とする。	
	流し台の交換:流し台部分(扉含む)はSUS製とする。	
	③電気設備工事	1式
	照明器具(既設再利用)	
	煙感知器(既設再利用)	
	④DICOM接続費用	1式

(2) 根本杏林堂 造影剤自動注入装置 PRESSPRO GEO-150 1台

(3) ゲティンゲグループ・ジャパン 大動脈内バルーンポンプ 1式

内訳	本体 CARDIOSAVE Hybrid 3.1 Edition	1台
	CARDIOSAVE用トレーナー 0998-00-0803	1台
	心電図、動脈圧、外部出力用Xケーブル	1本

6 その他

- (1) 納品は、使用場所への設置とすること。
- (2) 既存の放射線情報管理システムとのDICOM MWM接続を実施し、患者情報の取得ができること。また、既存の画像サーバ及びワークステーションに対して、DICOM Storage接続を実施できること。
- (3) この仕様書に記載の無い事項及び疑義があった場合は、双方協議のうえ決定する。

以上